



**Разъяснение № 1 от 28.10.2019 г.**

к Документации о закупке по запросу предложений в электронной форме, на право заключения договора на оказание услуг Лот 15801-ЭКСП-ЭКСП ПРОД-2020-ЯЭ  
Сервисное обслуживание хроматографов ГТУ 1,2,3,4 с поставкой калибровочного газа ЯГРЭС-2 для нужд ПАО "Якутскэнерго"

Тема разъяснений:

Разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях:

24.10.2019 08:46

Сведения о предмете запроса:

Уточняющие вопросы Участника.

Вопрос № 1:

Уважаемый Заказчик! Просим уточнить количество хроматографов и количество выездов специалиста для проведения работ.

Ответ № 1

В соответствии с Техническим заданием количество хроматографов - 4. На каждой ГТУ LM6000PFDF по одному хроматографу.  
Сервисное обслуживание подразумевает не менее двух выездов специалистов в месяц на протяжении года.

Секретарь Закупочной комиссии

Бутакова М.А.